

Navn på dig, som deltager til mødet 11. marts 2026 kl. 12-14		
Id	Starttidspunkt	
1	12-01-2026 10:43	Lone Frandsen
2	16-01-2026 10:56	Lotte Meyer
3	22-01-2026 09:05	Winnie Heegaard
4	28-01-2026 08:36	Susanne Lindholm
5	29-01-2026 13:13	Signe Hornbeck. Laila Nedergaard, Lone Harkønen, Inger Koustrup
6	30-01-2026 12:14	Steen Jakobsen
7	02-02-2026 08:16	Viborg (Karina)
9	05-02-2026 12:31	Henriette Schärfe
10	11-02-2026 14:29	Rie Pedersen
11	11-02-2026 14:37	Heidi Sødahl-Borresø
12	24-02-2026 14:19	Anja + Rikke

Hvilket hospital svarer du på vegne af?	Har du spørgsmål om QC?
Gødstrup	Problem med TLC på MAG3, hvor mange er udfordret på dette?
Aalborg	
Vejle	Er der andre der anvender TLC til QC af Tc-99m-MAG3, da der foreskrives HPLC eller
Esbjerg	
Køge	HDP kontrol. Problemer med at kittet vil løbe på papiret. Hvilket papir bruges der
Århus	Nej
Viborg	nej
Odense	
Hvidorve	MAG3 QC hvordan gør i andre?
Hvidorve	Hvordan udfører I QC på MAG3?
Næstved	Hvor mange personaler laver QC på andre afdelinger og hvor tit?

Har I afvigelser fra producentens kits fremstilling (indlægsseddel)?

Ja, Vasculocis har vores kemiker godkendt op til 3000 MBq i et kit selvom der 3000 MBq i Vasculocis i forhold til indlægsseddel på 2200 MBq
Til MAG3(1000 MBq i 10 ml) og Vasculocis(4000 MBq i 1-8 ml)

Ja, til Mag-3, vi forkoger

Vi kan lave Vasculocis på 3500 MBq og vi kan lave Stamicis på 14000 MBq. Vi har

Nej

nej

Ja, på MAG3 - men kan ikke huske om der er andre.

nej

Har I nogle regler for, at anvende 1. eller 2. eluate til specifikke mærkninger?

Nej selvom der anbefales det skal være friskt eluat anbefaler vi kun høj konc.....

Mandag må 1 eluat ikke anvendes til MAG3 eller Vasculocis

Mandag 2. eluat til MAG3 og Vasculocis, ellers ikke

Ja

Nej ikke med de kits vi laver.

Nej, vi eluerer med 11 ml een gang

Mag3 og Vasculosis: Eluat fra en generator som er elueret for højst 24 timer siden.

Ja, der anvendes altid 2. eluat ved specialmærket pulmocis. Ved Vasculocis

Ja til leukocyt og MAG3

Ja, MAG3 og ved leukocytmærkning

Nej

Hvordan koger i kit?	Hvem varetager rengøring og hvad er jeres retningslinier?
Tørkoger	Bioanalytiker rengør dagligt/ aftørre alle kontaktpunkter. Godkendt og oplært (i
Tørkoger 15 min.	Uddannet rengøringspersonale i renrum. Gør rent hver dag.
Tørkoger	Farmacipersonalet har 1 ugentlig rengøringsdag af diverse, mens daglig
I en Hot Pot	Servicemedarbejder, og der er en specifik beskrivelse af den daglige rengøring
Vi tørkoger Stamicis og MAG3 i 10 minutter	Det gør både vores service afd. dagligt/ugentligt og personalet i
I en tørkoger	Serviceassistenter, og vi har beskrevet retningslinier i vores kvalitetssikringssystem
På opvarmningsblok (Accublock(TM) Digital Dry Bath)	Hovedreglen er at serviceassistenter rengør alle ydre overflader mens
Ved MAG3 koges kittet i 5 inden vi tilsætter Tc-99m og efterfølgende i 15	Det gør service, det er meget noget med gulvvask. Vores QA står for at de
Ja en tørkoger.	
Vi bruger en tørkoger - hvordan kalibrerer i jeres?	
Tørkoger	Serviceassistent - Nej ikke umiddelbart

<p>Hvordan affaldssorterer I?</p>	<p>Har I udfordringer som I gerne vil have input til fra andre afdelinger?</p>
<p>Alle sprøjter / kanyler / gamle eluat og kit glas ryger i kanylebøtter som herefter står til henfald inden det</p>	<p>Jeg ved der på landsplan er udarbejdet en arbejdsgruppe ifht de dårlige TLC på MAg3</p>
<p>Blyafskærmede gule affaldsspande i bordet, samt videre behandling til større affaldsrum i større spande, hvor det Vi affaldssorterer ikke pt, men har et depot hvor vi opbevarer eksempelvis affald fra radiofarmacien</p>	<p>Har skrevet det i punkt 4, blot til inspiration hvad andre gør.</p>
<p>99mTC og Jod 123 kasserer vi i samme kanylebox.</p>	<p>Hvordan udfører I mikrobiologisk kontrol på generatorerne? Hvor ofte foretager I</p>
<p>Det gør vi ikke i adiofarmacien</p>	<p>Hvordan håndteres nanocoll på andre afdelinger</p>
<p>Affald fra brugen af åbne radioaktive kilder skal sorteres forskelligt afhængigt af isotop, aktivitets koncentration og</p>	
<p>Vi sortere restaffald der ikke stråler - tages ud af lab af service ved rengøring. Plast sorteres for sig (indpakning af</p>	<p>Måske hvordan andre affaldssortere? Vi har meget begrænset med plads, så det</p>
<p>Plast, pap og rest.</p>	
<p>Plast, pap og rest</p>	
<p>Det gør vi ikke i radiofarmacien. Dog smides affaldet ud i affaldsrummet, for at være sikker på der ikke er</p>	

Har I ønsker om eller forslag til projekter på tværs af landet?

At kunne dele kit mv (hvis der er overskud et sted, kan det måske bruges et andet

Ikke noget jeg lige kan komme på.

Ikke umiddelbart.